

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

28.04.2022

İstem No: 72454 : 22/2182

Talep Eden Birim: RADYOLOJİ POLİKLİNİK

Teklif : ŞARTNAME SATINALMA BİRİMİNDE GÖRÜLEBİLİR
Hastanemiz için ihtiyaç duyulan, aşağıda cinsi ve miktarı belirtilen malzemeler 01/01/2003 tarih ve 4734 Kamu İhale Kanunu'nun 22. maddesi uyarınca doğrudan temin yöntemiyle alınacaktır.

Aşağıda yer alan son teklif verme tarih ve saatine kadar teklifinizi Satınalma Birimi'ne bildirmenizi rica ederim.

Son Teslim Tarih & Saat : 05.05.2022 12:00

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malzeme Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi
1	RADYASYONDAN KORUYUCU PALTO TİPİ GİYİSİ		10	ADET

İSTEKLİLER GERÇEK KİŞİ İSE T.C.KİMLİK NUMARALARINI, TÜZEL KİŞİ İSE VERGİ NUMARALARINI TEKLİFLERİNDE BELİRTMEKLERİDİR

1-3,7,9 VE 10. MADDELERİ MEDİKAL MALZEME ALIMLARI İÇİN GEÇERLİDİR.,DİĞER ALIMLAR İÇİN GEÇERLİ DEĞİLDİR.

2- İlaç alımlarında 90 gün, Ortopedi Ünitesi yatan hasta için yapılan alımlarda muayene ve kabul işlemleri yapıldıktan sonra yüklenicinin yazılı talebinden itibaren en geç 360 gün içinde; diğer bütün alımlar da dahil olmak üzere fatura tutarı (KDV Dahil) 3.000 (Üç Bin) TL kadar 30 iş günü içinde yükleniciye veya vekiline ödeme yapılacaktır.

3- 09.01.2007 tarih ve 26398 sayılı resmi gazetede yayınlanan tıbbi cihaz, vücuda yerleştirilebilir aktif tıbbi cihaz ve vücut dışında kullanılan tıbbi tanı cihazları yönetmelikleri kapsamına dahil olan ürünler için "Sağlık Bakanlığı Tarafından Onaylıdır" ibaresi bulunması zorunludur.

4-İSTEKLİLER TEKLİF ETTİKLERİ MEDİKAL MALZEMELERE AIT TEKLİFLERİNİ VERİRİKEN SGK SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞ EKLERİNDE YER ALAN EK/3 LİSTELERİNDE YER ALIYORSA YİNE AYNI TEBLİĞİN 7.1.17.(C) VE 25. BENTLERİ,7.2.1.A.1 MADDESİNİN 2.BENDİ,10.3 MADDESİNİN 2. BENDİNDE BELİRTİLEN KURALLARA UYGUN OLARAK VERİLECEKTİR

5- Teklif edilen malzemenin idaremizce aksi bir talimat verilmedikçe hasta adına alınan malzemeler 5 (beş), diğer malzemeler 10 (on), demirbaş malzemeler de 20 (yirmi) iş günü içinde Hastanemiz Depolarına faturası ve irsaliyesi ile birlikte teslim edilmesi;Edilmediği takdirde söz konusu malzeme teslim alınmayacaktır.

6- Verilen proforma teklifler KDV hariç olarak verilecektir.Teklif edilecek toplam fiyat yazı ve rakam ile ayrı ayrı yazılacaktır.

7-TEKNİK ŞARTNAMESİ OLAN TEKLİFLERDE FİRMA ŞARTNAMEYE UYDUĞUNU TEKLİF MEKTUBUNDA BEYAN EDECEKTİR.VAR İSE MARKA MODEL BELİRTİLECEKTİR.

8 - Bakanlıkca istenen kalite belgeleri, Sağlık Bakanlığı tarafından 12 Mart 2002 tarih 24693 sayılı ve 13 Mart 2002 tarih ve 24694 sayılı Resmi gazetede yayınlanan yönetmelik kapsamına giren kalemler için CE belgelerinin teklife eklenmesi zorunludur.

9- İSTEKLİ FİRMALAR SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNUN YAYINLAMIS OLDUĞU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞLERİ (SUT)HÜKÜMLERİNE GÖRE TEKLİF ETMİŞ

OLDUKLARI MALZEMELER İLE İLGİLİ, MALZEMENİN EK-3 LİSTESİNDE OLMASI DURUMUNDA,BARKOD(UBB)KODUNU ,SUT KODUNU ,FİRMA TANIMLAYICI KODUNU, GMDN KODU BİLGİLERİNİ TEKLİF MEKTUBUNDA VERMELERİ GEREKMEKTEDİR. "SAĞLIK BAKANLIĞINDAN ONAYLI" İBARESİNİN YER ALDIĞI BELGEYİ TEKLİFLERİNE EKLEYECEKLER VE AÇIK OLARAK TEKLİF MEKTUPLARINDA BELİRTMEKLERİDİR. **AKSİ TAKDİRDE TEKLİF MEKTUPLARI DEĞERLENDİRİLMEMEYİ ALINMAYACAKTIR.**

10- İstekli firmalar tarafından malzemeye ait barkod (UBB) kodu, SUT kodu, GMDN kodu, etiket adı, Medula Sistemine kayıt durumuna veya yanlış eşleştirmelere bağlı hatalardan dolayı Kurumumuzun zarara uğradığının tespit edilmesi ve bu durumun belgelendirilmesi halinde OLUŞAN ZARAR YÜKLENİCİ FİRMADAN TAZMİN EDİLİR, SORUN ÇÖZÜLÜNCEYE KADAR FATURALARI ÖDENMEZ, FATURANIN ZARARI KARŞILAMAMASI HALİNDE YÜKLENİCİNİN DİĞER ALACAKLARINDAN TAHSİL EDİLİR.

11- Malzemeler Turgut Özal Tıp Merkezi depolarına teslim edilecektir.

12-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacaklarını idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez. Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşınması zorunludur.

13- Son teklif tarihi ve saatinden sonra gelen teklifler değerlendirilmeyecektir. Ancak idare gerek gördüğü takdirde bu sureyi uzatabilir.

14- Teklif veren firmalar yukarıdaki maddelerin hepsini aynen kabul etmiş sayılır.

15- Alıma çıkılan teklifler 0422 3410729 nolu faxa çekilecek ve http://ihale.inonu.edu.tr adresinden görülebilir ve dokümanları indirilebilir.

16-Tıbbi Malzeme Listeleri Tıbbi Malzeme Alan Tanımlarına Ürünlerin Eşleştirilmesi kapsamında tıbbi malzeme ithal ve/veya imal eden firmaların ürünlerini tıbbi malzeme alan tanımı bazında eşleştirme işlemi tamamlanmıştır. Bundan dolayı malzemenin Medula Sisteminde SUT kodlarına tanımlı olması gerekmektedir. Sağlık hizmeti sunucularınca bir tıbbi malzemenin hizmet kaydının yapılabilmesi için ürünün; satın alındığı tarih itibarıyla TITUBB sisteminde Sağlık Bakanlığı (S.B. Durum) durumunun uygun olması, hastaya kullanıldığı tarihte de Medula Sisteminde tanımlı olması gerekmektedir.

17-BU TEKLİF MEKTUBU VE EKLERİNİN UYGULANMSINDA DOĞABİLECEK HER TÜRLÜ ANLAŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMÜNDE MALATYA MAHKEMELERİ VE İCRA DAİRELERİ YETKİLİDİR.

Adres: İnönü Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Satınalma Komisyon Başkanlığı Turgut Özal Tıp Merkezi MALATYA

Tel: 0422 3410660-70 (2301-03-09-12) **Fax:** 0422 341 07 29

Email: totmsatal@inonu.edu.tr

Sayfa 1

RADYASYONDAN KORUYUCU PALTO TİPİ GİYSİ ŞARTNAMESİ

1. Giysi, girişimsel tıbbi uygulamalarda yüksek frekans ve uzun süre ortamda bulunma nedeniyle maruz kalınan radyasyon saçılımının zararlı etkilerinden korunmak üzere tasarlanmış olmalıdır.
2. Giysi, floroskopi altında yapılan farklı uygulamalar amacıyla biyopsi, girişimsel radyoloji ve kardiyoloji laboratuvarları , femoral ve periferel girişimler ile radyal girişimler, vertebroplasti ve diğer spinal girişimler, girişimsel ağrı tedavileri, diyaliz girişimleri ile CT uygulamalarında vücut korunması için farklı ölçülerde kullanıma hazır seçeneklere ve ölçülere sahip olmalıdır.
3. Radyasyon önleyici opere önlük radyasyon saçılımıyla oluşan zararlı etkiyi azaltmak amacıyla etkinliği kanıtlanmış olan hafif antimon patentli karışım oranlarını etken madde olarak içermelidir. Bizmut , kurşun, oksit, tungsten ve kalay gibi toksit etkisi bilinen ağır metaller kesinlikle içermemelidir.
4. Radyasyon önleyici giysi ikincil radyasyon saçılımıyla oluşan zararlı etkiyi en az:
 - 80 kVa ışın için %99
 - 100 kVa ışın için %97 azaltmalı ve bu etkinliği kanıtlanmış olmalıdır.
5. Giysi, klasik kurşun önlükler ve benzeri radyasyondan koruyucu önlük türlerine göre en az ½ oranında hafif olmalıdır.
6. Giysinin kaplama malzemesi, üzerinde kan lekesine mukavemetli, sıvı tutmayan, nefes alan, terleme yapmayan özellikte olmalıdır.
7. Giysi ön tarafında 0.50 mmPb, arka tarafında 0.25 mmPh eşdeğeri koruma sağlamalıdır. Giysi ile birlikte tiroid koruyucu da verilmelidir.
8. Katlanma ve buruşma neticesinde önlük kesinlikle kırılma yapmamalı ve bu özelliğini uzun süre korumalıdır. Önlükler için (kullanıcı hataları hariç) 2 yıl yazılı garanti verilmelidir.
9. Önlüklerin üzerinde üretici firma bilgileri ve önlük normalarını gösteren orijinal etiketleri olmalıdır. CE işareti ve onaylı kuruluş numarası mutlaka malzeme etiketine işlenmiş olmalıdır.
10. Numune üzerinden deneme yolu ile değerlendirme yapılacak ve koruması en yüksek, ağırlığı en düşük önlükler tercih edilecektir.
11. Önlük başına uzun süreli işlemlerde kullanıcının omurga sağlığını korumak için vertebra destek aparatı verilecektir.
12. Önlük başına antimon içerikli tiroid koruyucu verilecektir.
13. TAEK'ten alınmış güvenlik belgesi olacaktır.

İnönü Üniversitesi
Turgut Özal Tıp Merkezi
Doç. Dr. İsmail Okan YILDIRIM
Dip. Tes. No: 99954
Radyoloji AD

İnönü Üniversitesi
Turgut Özal Tıp Merkezi
Doç. Dr. Zeynep ÖZDEMİR
Dip. Tes. No: 78121
Radyoloji AD

İnönü Üniversitesi
Turgut Özal Tıp Merkezi
Doç. Dr. Leyla KARACA
Dip. Tes. No: 1969